LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 19/2025 - SRP/CASAL
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01

Resposta ao pedido de esclarecimentos feito por licitantes interessados em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 19/2025 - SRP/CASAL**, que tem como objeto a **possível aquisição de equipamento de medição e controle dos parâmetros de qualidade da água junto com aquisição de reagentes para uso nesses equipamentos, em 09 lotes, a serem utilizados nas ETA's e Laboratórios da CASAL, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, sendo: Lote 01 - medidor de cloro residual livre de bancada; Lote 02 - medidor de cloro residual livre portátil; Lote 03 - medidor de turbidez de bancada/portátil; Lote 04 - medidor de cor de bancada/portátil; Lote 05 - medidor de PH digital de bancada; Lote 06 - medidor de PH digital portátil; Lote 07 - medidor de cloro de disco colorimétrico; Lote 08 - JAR TEST digital 3 jarros e Lote 09 - JAR TEST digital 6 jarros (EXCLUSIVO PARA ME/EPP).**

PERGUNTAS:

1. Tendo em vista que o item é de procedência importada, será aceito no prazo de entrega de aproximadamente 60 (Sessenta) dias? Ou será aceito prorrogação de entrega?
2. Quanto aos LOTES 1, 2, 3, gostaríamos de solicitar esclarecimentos quanto a dois pontos específicos:
   a) Certificação IP67: Os equipamentos que representamos foram projetados e fabricados com características técnicas compatíveis com o grau de proteção IP67, atendendo plenamente aos requisitos de resistência à poeira e à imersão temporária em água. No entanto, informamos que não acompanha certificado físico emitido por laboratório acreditado, embora o equipamento tenha sido desenvolvido conforme os padrões internacionais correspondentes. Assim, solicitamos a gentileza de confirmar se será aceita a participação de equipamentos que atendam tecnicamente ao grau de proteção IP67, mesmo que não acompanhem o certificado físico?
   b) Lote 06 – Soluções de calibração de pH: Considerando que as soluções de calibração de pH que fornecemos são fabricadas fora do Brasil, gostaríamos de confirmar se será aceita a entrega de soluções não rastreáveis ao RBC (Rede Brasileira de Calibração), acompanhadas de certificado de qualidade do fabricante internacional?
3. Informamos que Medidor de bancada não acompanha maleta, será aceito sem? Por gentileza informar também se será aceito menu em inglês?

RESPOSTAS:
Em consulta ao nosso membro técnico responsável, informamos que:

1. Em virtude de vários pedidos de esclarecimentos acerca do prazo de entrega e especificações dos equipamentos, informamos que, FORAM REALIZADAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL, sugerimos releitura.

Assim sendo, como houve alterações a licitação foi transferida para **11/07/2025,** no mesmo horário e plataforma.

Maceió, 18 de junho de 2025.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
SUELY DA COSTA BARBOSA PEDROSA
Data: 18/06/2025 16:14:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Suely da Costa Barbosa Pedrosa
Pregoeira – ASLIC/CASAL

gov.br Documento assinado digitalmente
DAYSELANEA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA
Data: 18/06/2025 16:16:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dayselanea Correia de Oliveira Silva
Assessora da ASLIC/CASAL