LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 19/2025 - SRP/CASAL
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02

Resposta ao pedido de esclarecimentos feito por licitantes interessados em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 19/2025 - SRP/CASAL**, que tem como objeto a **possível aquisição de equipamento de medição e controle dos parâmetros de qualidade da água junto com aquisição de reagentes para uso nesses equipamentos, em 09 lotes, a serem utilizados nas ETAs e Laboratórios da CASAL, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, sendo: Lote 01 - medidor de cloro residual livre de bancada; Lote 02 - medidor de cloro residual livre portátil; Lote 03 - medidor de turbidez de bancada/portátil; Lote 04 - medidor de cor de bancada/portátil; Lote 05 - medidor de PH digital de bancada; Lote 06 - medidor de PH digital portátil; Lote 07 - medidor de cloro de disco colorimétrico; Lote 08 - JAR TEST digital 3 jarros e Lote 09 - JAR TEST digital 6 jarros (EXCLUSIVO PARA ME/EPP).**

PERGUNTAS:

1. Interface: Display colorido com touch screen: Será aceito equipamento que utiliza display LCD digital com botões físicos, não sendo touch screen? Ressaltamos que tal sistema permite a mesma programação automatizada de receitas, controle de fases e ajustes de velocidade, com alta precisão e confiabilidade operacional. Trata-se de um sistema consagrado e amplamente aceito em órgãos públicos e privados para este tipo de ensaio, sem prejuízo às funcionalidades requeridas.

2. Volume dos jarros: 1000 ml (edital) vs. 2000 ml: Será aceito que os jarros do equipamento possuem capacidade superior (2.000 ml), o que amplia a flexibilidade e permite maior margem de manobra nos ensaios de floculação, principalmente quando há necessidade de repetição de análises, ou variação de dosagens? A escala de volume é graduada, e o operador pode facilmente utilizar apenas 1000 ml ou qualquer outro volume desejado, sem prejuízo metodológico.

3. Sistema de transmissão: Correia dentada com alma de aço (edital) vs. correia lisa com tensionador: Será aceito equipamento utiliza um sistema de correia lisa com polias e tensionador, que garante movimento uniforme e sincronizado em todos os jarros, com alta confiabilidade mecânica e facilidade de manutenção? Essa tecnologia é adotada pela fabricante justamente por sua robustez e precisão, estando em uso há anos em diversas autarquias de saneamento.

4. Programação de receitas: 10 receitas de 20 fases (edital) vs. 5 receitas de 16 fases: Será aceito equipamento que permite o armazenamento de 5 programas automáticos com até 16 fases cada, além de 1 modo manual independente? Essa capacidade é suficiente para simular com precisão os diferentes estágios dos ensaios de floculação, conforme práticas adotadas em ETAs. Ressaltamos que a programação é modular e reproduz com fidelidade qualquer cenário típico de tratamento, mesmo com menor número de receitas e fases, não havendo prejuízo técnico ou metodológico.

RESPOSTAS:

Em consulta ao nosso membro técnico responsável, informamos que:
Respostas para perguntas de 01 a 04: Não serão aceitos equipamentos com especificações diferentes das que estão postas no Edital.

Maceió, 20 de junho de 2025.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
SUELY DA COSTA BARBOSA PEDROSA
Data: 20/06/2025 11:16:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Suely da Costa Barbosa Pedrosa
Pregoeira/ASLIC/CASAL

gov.br Documento assinado digitalmente
DAYSELANEA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA
Data: 20/06/2025 11:23:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dayselanea Correia de Oliveira Silva
Assessora da ASLIC/CASAL