



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

LICITAÇÃO CASAL Nº 54/2020 – SRP ELETRÔNICA
LICITACOES-E Nº 847481

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO CASAL Nº 54/2020 – ELETRÔNICA SRP**, que tem como objeto a possível aquisição de equipamentos de medição e controle para uso nas ETAs e laboratórios da CASAL junto com possível aquisição de reagentes, em 6 (seis) lotes, conforme descrição técnica no Termo de Referência.

ESCLARECIMENTO:

- 1) No item 3 está sendo solicitada repetibilidade igual a do item 2 (turbidímetro) e o valor não é compatível com a metodologia para análise de cor, onde a menor repetibilidade observada é de +/- 3% + 1 PtCo, pode ser considerado este valor ao invés de +/- 1% ou 0,01 NTU?
- 2) O grau de proteção IP 67 é mais comumente solicitado para equipamentos de campo, para pHmetro de bancada será aceito IP 65?
- 3) O atestado de fornecimento de 50% do quantitativo será necessário somente para os equipamentos, correto?

Respostas:

Em contato com o corpo técnico informamos que:


- 1) Houve um engano. A repetibilidade do item 3 correta é +/- 1% ou a faixa de 0,01 NTU.
- 2) O grau de proteção usualmente aceito é o IP65. Dessa forma desconsiderar o IP 67.
- 3) O atestado de fornecimento é por item. Ex.: A empresa que vencer o item 1 terá que apresentar o atestado exigido referente ao item 1.

Maceió, 01 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,


Djalma Nestor Messias
Pregoeiro – ASLIC/CASAL

Visto:


Dayselanea Correia de Oliveira Silva
Autoridade Competente - ASLIC/CASAL em Exercício